

NIPT Nieuwsbrief – mei 2024

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle Bloedafnameorganisaties (BAO's) die bloed afnemen voor de NIPT en andere geïnteresseerden. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd namens de CLBPS en de zeven Regionale Centra voor Prenatale Screening. ⁱ

In deze nieuwsbrief vindt u dit keer informatie over:

Nieuwe versie van het Document Werkafspraken
Houdbaarheidsdatum van de NIPT buizen
Gesloten en nieuw geopende bloedafnamelocaties
Feestdagen overzicht

Nieuwe versie van het Document Werkafspraken

Het Document Werkafspraken bevat alle praktische afspraken die gelden voor de bloedafnameorganisaties. De huidige versie van het Document Werkafspraken is herzien. De belangrijkste wijzigingen en aanvullingen betreffen:

- De verwijdering van alle informatie over de bevestigingsmail aan zwangeren, omdat deze niet wordt verstuurd.
- Dat het is toegestaan om één van de twee stickers van de STRECK-buis te verwijderen en voor eigen administratie te gebruiken.
- De werkwijze wanneer een buis stuk is of gaat: gebruik een volledig nieuwe set.
- Wijzigingen in AGB-code mogen niet zonder overleg met Regionaal Centrum worden doorgevoerd.

Daarnaast zijn er enkele tekstuele aanpassingen gedaan naar aanleiding van voortschrijdend inzicht en om zaken en instructies duidelijker te omschrijven.

De nieuwe versie geldt vanaf 1 juni 2024. Op dat moment zal online de nieuwe versie te vinden zijn op www.clbps.nl onder het tabblad NIPT. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan kunnen deze gemeld worden bij de helpdesk Peridos via helpdesk@peridos.nl

Houdbaarheidsdatum van de NIPT-buizen

Zoals bekend hebben de NIPT-buizen een beperkte houdbaarheid. Het is uw verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat de buizen voor het verstrijken van de HT-datum worden gebruikt. De HT-datum staat op de doos en kan worden afgelezen op de lege bloedbuis zelf.

De leverancier van de buizen, Daklapack, weet wanneer voor het laatst een bestelling aan uw bloedafnameorganisatie is gestuurd, en welke HT-datum hierbij hoort. Indien u geen nieuwe bestellingen doet voordat de HT-datum op 2 dagen na verstrijkt, dan ontvangt u vanuit DaklaPack een geautomatiseerde e-mail met een waarschuwing dat er mogelijk nog oude voorraad aanwezig is. U wordt uitgenodigd een nieuwe bestelling te doen en de oude voorraad niet meer te gebruiken en te vernietigen.

Om de kosten van de NIPT te beperken, vragen wij u zoveel mogelijk te voorkomen dat buizen vernietigd moeten worden vanwege de verstreken houdbaarheidsdatum.

Indien u nog oude voorraad heeft liggen waarvan de houdbaarheid is verstreken, vernietig deze buizen dan. Wij willen u vragen te registreren hoeveel buizen u vernietigt vanwege het verstrijken van de HT-datum en dit door te geven via een mail aan helpdesk@peridos.nl

Als het goed is heeft u GEEN buizen meer in omloop met de letters AD in de buizencode. Omdat deze soms toch nog op de labs binnenkomen, vragen wij u dit nogmaals te controleren en deze te vernietigen.

Gesloten en nieuw geopende bloedafnamelocaties

Per 1 april 2024 zijn er enkele nieuwe bloedafnamelocaties bijgekomen en zijn er ook enkele locaties gesloten. Op www.peridos.nl vindt u altijd een actueel overzicht van de bloedafnamelocaties die beschikbaar zijn voor de NIPT.

Feestdagen overzicht

De NIPT-laboratoria zijn gesloten op de volgende dagen:

Hemelvaartsdag - donderdag 9 mei

Tweede Pinksterdag - maandag 20 mei (daarom geen bloedafname mogelijk op vrijdag 17 mei)

Bloedafname NIPT:	Uiterlijk binnen op NIPT-lab:
Rondom Hemelvaart:	
t/m dinsdag 7 mei	Woensdag 8 mei
Woensdag 8 mei	Vrijdag 10 mei voor 12 uur (!)
Rondom Pinksteren:	
t/m woensdag 15 mei	Bij voorkeur donderdag 16 mei maar uiterlijk vrijdag 17 mei voor 12 uur (!)
Donderdag 16 mei	Vrijdag 17 mei voor 12 uur (!)
<u>Vrijdag 17 mei kunt u geen bloed afnemen voor de NIPT</u>	

U wordt verzocht zelf goed de verzendtijden en doorlooptijden in de gaten te houden en te berekenen of bloedafname op deze dagen mogelijk is. Mogelijk verschilt dit per locatie. Notificaties/foutmeldingen die binnenkomen bij de BAO-databeheerder over (fouten in) het bericht dat u aan Peridos stuurt, dienen diezelfde dag nog opgepakt worden. Als de foutmeldingen niet meer die dag worden verwerkt, betekent dit naar alle waarschijnlijkheid dat het bloed te oud is voor analyse en de zwangere opnieuw moet gaan prikken.

¹ Mocht u deze nieuwsbrief niet (meer) willen ontvangen, stuur dan een mail naar info@clbps.nl en wij halen uw mailadres uit de verzendlijst.